FALCO KONTAKTLINSEN
UNSER STANDARDPROGRAMM

Anwendungsbereich	CORNEAL von Ø 8.00 bis 10.50 mm	GRENZLIMBAL von Ø 10.60 bis 11.70 mm	LIMBAL - SKLERAL von Ø 11.80 bis 12.90 mm	MINISKLERAL ab Ø 12.50 mm	SKLERAL Ø 14.80 mm	SKLERAL ab Ø 15.00 mm
STANDARD Radiendifferenz < 3/10	FAS / FMI	PERIT-0	SLITO-0	SKA	miniV	SKV
Radiendifferenz > 3/10	FSA	PERIT-2	SLITO-2		miniT	SMT
Radiendifferenz > 5/10	FIT / FMT	PERIT-3 BIS PERIT-8	SLITO-4			
KERATOKONUS Apexlage zentrisch	FMK	FMK		SKK	miniV / miniT	SKV / SMT
Apexlage dezentrisch	FKQ / PMD / PMDX	FKQ / PMD / PMDX				
KERATOPLASTIK	FKP / FKPX / FKPQ	FKP / FKPX / FKPQ		SKP	miniV / miniT	SKV / SMT
LASIK	FAL / FALX / FALQ	FAL / FALX / FALQ			miniV / miniT	SKV / SMT

Zusätze	
P	Prisma
PT	Prisma & Fronttorus
T	Fronttorus

Presbyopie		
A	Alternierend	Alle Additionen / Fronttorus in alle Achsenlagen
MA	Multifokal Alternierend	Alle Additionen / Zonen frei wählbar Fronttorus in alle Achsenlagen
B	Simultan Zweistärken	
D	Simultan Dreistärken	

FALCO KONTAKTLINSEN
UNSER ORTHO-K-PROGRAMM

	MYOPIE CONTROL	MYOPIE	HIGH MYOPIE	HYPEROPIE	AUSGLEICH RESTASTIGMATISMUS	PRESBYOPIE
Anwendungsbereich (stärkster Hauptschnitt)	von -1.00 bis -8.50 dpt	von -0.25 bis -6.00 dpt	von -6.25 bis -8.50 dpt	von +0.25 bis +1.50 dpt	Restzylinder von 0.75 bis 1.75 dpt	Fernkorrektion von -0.25 bis -8.50 dpt alle Additionen
Radiendifferenz < $^{2}/_{10}$	FOK MC	FOK	FOK HM	FOK HYP	FOK IT	FOK BIFO
Radiendifferenz > $^{2}/_{10}$	FOKX MC	FOKX	FOKX HM	FOKX HYP	FOKX IT	FOKX BIFO

Erforderliche Angaben für die Berechnung:
- Keratometerdaten (Datei)
- Hornhaut-Durchmesser
- Brillenrefraktion (inkl. HSA und Addition)